


技术资料


Fluke 用于 PM8918 系列探头的 PM9094/101 微型测试挂钩组



产品概述: Fluke 用于 PM8918 系列探头的 PM9094/101 微型测试挂钩组

每组包括：4个微型测试挂钩，红、灰各两个。最大电压：30V有效值。注：当使用微型测试挂钩时，任何电势均不得超过42 Vpk/30 Vrms。

型号



Fluke PM9094/101

用于 PM8918 系列探头的 PM9094/101 微型测试挂钩组

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
04/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229